



Број : 12-8/16-2
Датум : 26.5.2016

ПРЕДМЕТ: Одговор на постављена питања

Дана 25.05.2016. године електронским путем у потенцијални понуђач упутио је наручиоцу захтев за додатним информацијама или појашњењима, заводни број наручиоца 1718 за јавну набавку 12-8/16:

У партију 4 – Reagensi za određivanje krvne slike na hematološkom analizatoru Mindray BC 3600 za stavku br 5 kontrolna krv

Da li je došlo do greške u traženim količinama jer u konkursnoj dokumentaciji je traženo 12 pak , pa nam se čini da je to veća količina sobzirom na tražene reagense ?

I na koje zapreminu kontrolne krvi ste misleli pod pakovanjem ?

Одговор наручиоца гласи:

Реч је о јединичном паковању епрувета (боца) уз запремине 3 ml.



Начелник одсека комерцијале
и јавних набавки

Момир Пандри, дипл. еиц

Здравствени центар „СТУДЕНИЦА“
улица Југ Богданова 110
36000 Краљево
Шифра делатности: 8610
Матични број 07191219
ПИБ 101958225

Текући рачун:
840-263661-83
840-263667-65

Секретарица:
Факс:

381(036) 301 - 905
381(036) 333 - 199

Комерцијална служба
Начелник:
Јавне набавке:

381(036) 301 - 930
381(036) 301 - 937